4 ΥΠΕ ΜΑΚ ΤΠ "για την Προμήθεια Διαχωριστών Αμαλγάματος" 19DIAB000004085

Στοιχεία Διαβούλευσης Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 25/01/2019 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 1

Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	info@sadent.com	Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών: 19DIAB000004085 2019-01-25 Παρατηρήσεις της SADENT ΑΕΒΕ επί των τεχνικών προδιαγραφών Διαχωριστή Αμαλγάματος	01/02/2019

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, σε συνέχεια της ανακοίνωσής σας για την διενέργεια διαβούλευσης των Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Διαχωριστών Αμαλγάματος, παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας. Ι. Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχωριστή Αμαλγάματος με χειρουργική αναρρόφηση α. Για την παράγραφο 5 αναφέρετε: Να εξασφαλίζει συλλογή ιζημάτων αμαλγάματος από το σύνολο του δικτύου νερού και αέρα του οδοντιατρικού μηχανήματος (πτυελοδοχείο, αποχέτευση κτλ). Θα θέλαμε πάνω σε αυτό να σημειώσουμε ότι : Οι Διαχωριστές αμαλγάματος εξασφαλίζουν τη συλλογή αμαλγάματος από το πτυελοδοχείο και την αναρρόφηση και την αποχέτευσή του οδοντιατρικού συγκροτήματος υπό τη προϋπόθεση ότι το εν λόγω οδοντιατρικό συγκρότημα στο οποίο θα γίνει η σύνδεση έχει ανάλογες προδιαγραφές. Δεν υπάρχει κανένας τύπος οδοντιατρικού διαχωριστή αμαλγάματος που με έναν ενιαίο κωδικό προϊόντος να καλύπτει κάθε περίπτωση σύνδεσης με κάθε οδοντιατρικό συγκρότημα. Συνεπώς θα πρέπει η συγκεκριμένη προδιαγραφή να είναι πιο ξεκάθαρη και αντίστοιχα με την έδρα που υπάρχει σε κάθε Κέντρο Υγείας. Πιο συγκεκριμένα για τη συλλογή του αμαλγάματος από την αποχέτευση του πτυελοδοχείου υπάρχουν αρκετά οδοντιατρικά συγκροτήματα παλιότερου σχεδιασμού που για να

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων

συνδεθούν με το διαχωριστή αμαλγάματος έχουν ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Οπότε ή θα πρέπει η σύνδεση με τη λεκάνη του πτυελοδοχείου να γίνει χωριστό άρθρο με επιπλέον προδιαγραφές ή θα πρέπει να αφαιρεθεί ως γενική προδιαγραφή για όλες τις έδρες όπου θα συνδεθεί διαχ. αμαλγάματος. β. Για την παράγραφο 10 αναφέρετε:Το δοχείο συλλογής να φέρει οπτική ένδειξη επιπέδου πλήρωσης. Θα θέλαμε πάνω σε αυτό να σημειώσουμε ότι: Η οπτική ένδειξη πλήρωσης προτείνουμε να είναι δίχως ηλεκτρονική ένδειξη ώστε να μην είναι απαραίτητη η σύνδεση του διαχωριστή με ηλεκτρικό ρεύμα. Οσο πιο απλή είναι η σύνδεσή του τόσο μακροβιότερη θα είναι η χρήση του καθώς και ευκολότερη η αντικατάστασή του όταν γεμίσει με αμάλγαμα. ΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχωριστή Αμαλγάματος (χωρίς χειρουργική αναρρόφηση) Για τον Διαχωριστή Αμαλγάματος χωρίς την χειρουργική αναρρόφηση οι παρατηρήσεις μας είναι ίδιες ώς περιγράφονται παραπάνω. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω. Με εκτίμηση, Εμμανουήλ Σαρηγιάννης