



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ COVID-19**

**Αθήνα, 10/ 02/ 2021
Αριθ. Πρωτ.: 06**

ΠΡΟΣ: ΥΠΕ

Αξιότιμοι κ. Διοικητές,

Αναφορικά με πρόσφατες αποκλίσεις που μας έχουν γνωστοποιηθεί και αφορούν στην εμφάνιση μαύρου σωματιδίου μετά την ανασύσταση, σε φιαλίδια που περιέχουν το εμβόλιο της Pfizer, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1. Η προκαταρτική διερεύνηση έδειξε ότι πρόκειται για τμήμα του ελαστικού πώματος
2. Η απόσπαση μαύρου σωματιδίου από το ελαστικό πώμα κατά τη διάτρηση του δεν αναμένεται να επηρεάσει την ποιότητα του εμβολίου ωστόσο στην περίπτωση που παρατηρηθούν μαύρα σωματίδια στο φιαλίδιο ή τη σύριγγα με τη δόση του εμβολίου τότε αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
3. Για τον περιορισμό εμφάνισης τέτοιων αποκλίσεων παρακαλούμε να ακολουθήσετε τους παρακάτω Κανόνες Καλής Πρακτικής:
 - Να γίνεται χρήση βελονών μικρής διαμέτρου (21G-23G-25G)
 - Η βελόνα να εισέρχεται κάθετα και με μία κίνηση στην επιφάνεια του ελαστικού πώματος
 - Η βελόνα να μην περιστρέφεται κατά την διάτρηση
 - Η διάτρηση για να την αναρρόφηση των δόσεων να γίνεται σε διαφορετικό κάθε φορά σημείο της επιφάνειας του ελαστικού πώματος

Παρακαλούμε να κοινοποιηθεί η παρούσα ενημερωτική επιστολή σε όλες της μονάδες σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ